


2 décembre 2024

Chère cliente, cher client,

Cette lettre a pour but de vous informer qu'à compter de février 2025, des mises à jour de conception seront apportées aux produits ci-dessous. Veuillez noter que les tubes du collecteur de polypes par aspiration QUICK CATCH™ (710201) et du collecteur à quatre chambres SUCTION POLYP TRAP™ (710202) seront désormais légèrement dépolis.

La performance, la fonctionnalité et la fiabilité de ces produits ne sont pas affectées par ce changement. Veuillez examiner la conception originale et la conception mise à jour ci-dessous :



Cette nouvelle conception sera disponible pour les commandes expédiées à partir de février 2025. Veuillez noter que le numéro de produit, la quantité par boîte et le prix demeurent les mêmes.

STERIS s'efforce de fournir le plus haut niveau d'assistance client de l'industrie. Dans le cadre de cet engagement, nous tenions à vous informer de ces mises à jour.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez communiquer avec votre représentant commercial STERIS.

Cordialement,



Michael McGrath  
Vice-président, Canada

762229 Rév. A