

Le 14 juillet 2025

Chère cliente, cher client,

La présente lettre vise à vous informer d'un changement de composant des bandelettes de test pour désinfectants de haut niveau Rapicide™ PA (article ML02-0118). Le nouvel article a une fonction tout à fait équivalente à celle du produit précédent, mais les modifications suivantes ont été apportées aux dimensions :

- Le flacon de bandelettes de test est plus grand et est conçu pour faciliter la prise en main et l'ouverture d'une seule main
- La bandelette de test est plus longue et est destinée à faciliter la tenue et l'utilisation
- Le tampon de réaction de la bandelette de test est plus grand et est conçu pour faciliter la lecture

Il n'y a aucun changement à la formulation chimique, au mode d'emploi, à la configuration de l'emballage, au numéro de pièce ou à tout autre aspect du produit. Veuillez continuer d'utiliser les bandelettes de test pour désinfectants de haut niveau Rapicide™ PA de la même manière à l'avenir. Vous trouverez ci-dessous une comparaison visuelle à titre de référence.



À gauche : flacon de bandelette de tests précédent. À droite : nouveau flacon de bandelettes de test.

N'hésitez pas à communiquer avec votre représentant STERIS pour toute question.

Cordialement,



Michael McGrath  
Vice-président, Canada